

PRUEBA RÁPIDA DE CHIKUNGUNYA IgG/IgM

(sangre total/capilar, suero o plasma)

CHG 0226/01

REF DMCHI01

Uso deseado

La prueba rápida de Chikungunya (sangre total/capilar, suero o plasma) es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra el virus de chikungunya en muestras de sangre total/capilar, suero o plasma.

Resumen

También conocido como 'CHIKV', el virus de chikungunya es un virus de ARN perteneciente al género *Alfavirus* [1]. Se transmite por la picadura de un mosquito hembra *Aedes aegypti* o *Aedes albopictus* infectado [2]. El ciclo de este virus comienza con el ser humano, pues es su principal reservorio, para ello un mosquito hembra *Aedes aegypti/albopictus* debe ingerir sangre de un ser humano infectado con CHIKV, una vez dentro, el virus comenzará a replicarse en las glándulas salivales de los mosquitos y necesitará de mínimo 48 horas para que el mosquito pueda transmitirlo [3]. Los síntomas causados por este virus pueden durar días o semanas, estos son: fiebre, fuertes dolores de cabeza, articulares y musculares, náuseas, cansancio y erupciones en la piel. Hasta ahora no existe tratamiento o vacuna contra el virus de chikungunya, por lo que solo se busca aliviar los síntomas con reposo, ingesta de agua y analgésicos. La aparición de anticuerpos (Ac) está relacionada con el avance del virus, pues los anticuerpos IgM son los primeros en aparecer al inicio de la enfermedad, más tarde aparecen los anticuerpos IgG que permanecen por más tiempo [1]. La prevención, el diagnóstico y la protección frente a mosquitos infectados pueden ayudar al control de este virus [4].

Principio

La prueba rápida de Chikungunya (sangre total/capilar, suero o plasma) para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra el virus de chikungunya en muestras de sangre total/capilar, suero o plasma es un inmunoensayo cromatográfico de flujo lateral. La prueba contiene una membrana dividida en tres regiones: dos de prueba (IgG e IgM) y una de control (C). La prueba posee un 'conjugado' conformado por nanopartículas de oro coloidal e impresos en la membrana anticuerpos de captura 'línea de prueba' y anticuerpos anti-ratón 'línea control'. Una vez que la muestra es depositada en el pozo 'S' del cartucho junto con la solución de corrimiento, esta migrará a través de la membrana por acción capilar.

Si la muestra no contiene o tiene concentraciones de anticuerpos IgG o IgM contra el virus de chikungunya por debajo del límite de detección no se formará el complejo antígeno-anticuerpo evitando la aparición de una línea de color en la región IgG o IgM, esto indica un resultado negativo. Por el contrario, si la muestra contiene concentraciones de anticuerpos IgG o IgM contra el virus de chikungunya por encima del límite de detección se formará el complejo antígeno-anticuerpo generando la aparición de una línea de color en la región de prueba (IgG, IgM o ambas), esto indica un resultado positivo. La prueba incluye un control (C), por lo que, siempre debe aparecer una línea de color en dicha región, esto indica que se agregó la cantidad apropiada de muestra y el procedimiento se realizó exitosamente.

Reactivos

La prueba contiene un conjugado de nanopartículas de oro coloidal recubiertas con antígeno recombinante de chikungunya, así como anticuerpos de captura anti-IgG, anti-IgM y anticuerpos anti-ratón.

Precauciones

Lea toda la información de este instructivo antes de utilizar la prueba:

- Para uso profesional *in vitro*.
- Manipular todas las muestras como si tuvieran agentes infecciosos.
- No utilizar la prueba después de la fecha de caducidad.
- No comer, beber ni fumar en el área donde se manejan las muestras y las pruebas.
- No utilizar la prueba si la bolsa está dañada.
- Utilizar bata, guantes desechables y protección para los ojos cuando las muestras se estén procesando.
- La prueba utilizada debe desecharse de acuerdo con las regulaciones aplicables.
- La humedad y la temperatura pueden afectar adversamente los resultados.
- No mezclar componentes de diferentes lotes.

Almacenamiento y estabilidad de la prueba

- Almacene la prueba en su bolsa sellada a temperatura ambiente (15-30 °C).
Nota: No congele la prueba.
- La prueba es estable hasta la fecha de caducidad impresa en la bolsa.

Materiales

Materiales suministrados:

- Prueba rápida en cartucho
- Gotero
- Lanceta (Punción capilar)
- Almohadilla con alcohol
- Solución de corrimiento (buffer)
- Instructivo de uso

Materiales requeridos, pero no suministrados:

- Temporizador

Materiales opcionales:

- Centrífuga
- Sistema para toma de muestra por venopunción

Recolección de muestra

- Sangre

Por punción capilar:

- A. Lave la mano del paciente con agua tibia y jabón, después seque el área.
- B. Masajea la mano sin tocar el sitio de la punción frotando la mano hacia la yema del dedo anular o medio.
- C. Perfore la piel con una lanceta y limpie la primera señal de sangre.
- D. Frote suavemente la mano desde la muñeca hasta la palma de los dedos para formar una gota de sangre sobre el sitio de punción.
- E. Con ayuda de un gotero: Presione el bulbo del gotero y coloque el extremo inferior sobre la gota de muestra, suelte el bulbo para recolectar la muestra.
Nota: Evite generar burbujas de aire.

Por venopunción:

- A. Tome la muestra según los criterios estándar. Para ello puede emplear un tubo con anticoagulantes (EDTA, heparina, citrato u oxalato) y utilizar la muestra directamente en la prueba.
- Suero o Plasma
- A. Separe el suero o el plasma de la sangre tan pronto sea posible, esto con la finalidad de evitar la hemólisis de la muestra.

Almacenamiento y estabilidad de la muestra


- Se recomienda realizar la prueba inmediatamente después de que las muestras hayan sido recolectadas.
- No dejar las muestras a temperatura ambiente durante más de 3 horas.
- Las muestras de sangre pueden almacenarse por 2 días máximo a una temperatura de 2-8 °C.
- Suero y plasma pueden almacenarse por máximo 3 días a una temperatura de 2-8 °C.
- Para el almacenamiento a largo plazo, las muestras deben almacenarse por debajo de los -20 °C.
- No congelar las muestras de sangre a excepción del suero o plasma, recuerde evitar ciclos de congelación/descongelación repentinos o continuos.
- Las muestras obtenidas por punción capilar deben procesarse inmediatamente.
- Utilizar muestras claras no hemolizadas, si existen partículas centrifugue, filtre y obtenga la muestra.
- Si las muestras deben enviarse, se recomienda empaquetarlas de acuerdo con las regulaciones locales que cubren el transporte de agentes etiológicos.

Instrucciones de uso


Permita que la prueba, muestra y buffer alcancen la temperatura ambiente (15-30 °C) antes de realizar el ensayo. Retire el cartucho de la bolsa sellada y utilícelo inmediatamente. Coloque el cartucho sobre una superficie limpia y nivelada, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Obtenga la muestra como se indicó en la sección 'recolección de muestra'.
2. Tome 2 gotas (aproximadamente 80 µL) de sangre total/capilar, suero o plasma (según la muestra obtenida) y agréguelas en el pozo 'S' del cartucho.
3. Agregue 1 gota de buffer (aproximadamente 40 µL) al pozo 'S' del cartucho.
4. Inicie un temporizador e interprete el resultado a los 15 minutos, no interprete después de 20 minutos.

Nota: Debido a la susceptibilidad del buffer a ser contaminado por condiciones ambientales, se recomienda no usarlo 3 meses después de haber sido abierto.



Interpretación de resultados



(Consulte la ilustración anterior)

IgG/IgM POSITIVO: Aparece una línea de color en la región control (C) y dos líneas de color, una en la región de prueba IgG y otra en la región de prueba IgM.

Nota: La intensidad del color en la región de prueba (IgG o IgM) puede variar, por lo que, cualquier tono de color en dicha región debe considerarse positivo.

IgG POSITIVO: Solo aparece una línea de color en la región control (C) y otra línea de color en la región de prueba IgG.

IgM POSITIVO: Solo aparece una línea de color en la región control (C) y otra línea de color en la región de prueba IgM.

NEGATIVO: Aparece una línea de color en la región control (C). No aparece ninguna línea en la región de prueba IgG o IgM.

INVÁLIDO: La línea de la región control (C) no aparece. Un volumen de muestra insuficiente o técnicas de procedimiento incorrectas, suelen ser las razones más probables de la falla de la línea de control. Revise el procedimiento y repita la prueba, si el problema persiste deje de usar la prueba inmediatamente y comuníquese con su distribuidor más cercano.

Control de calidad

Un control interno del procedimiento está incluido en la prueba. Una línea de color aparece en la región 'C' confirmando que el volumen de muestra es suficiente y que el procedimiento se realizó exitosamente. No se suministran controles positivos ni negativos con esta prueba, sin embargo, se recomienda su uso como parte de las buenas prácticas de laboratorio (BPL).

Limitaciones

- Al igual que todas las pruebas rápidas, la funcionalidad del buffer incluido con esta prueba puede verse afectada por la contaminación ambiental, considere el tiempo establecido (3 meses después de ser abierto) para obtener resultados óptimos.
- La prueba rápida de Chikungunya solo indicará la presencia de anticuerpos IgG/IgM contra el virus en la muestra y no debe usarse como el único criterio para el diagnóstico de la infección por el virus de chikungunya o para determinar el valor cuantitativo/tasa de aumento en la concentración de anticuerpos.
- Al igual que con todas las pruebas de diagnóstico, todos los resultados deben interpretarse junto con otra información clínica disponible para el médico.
- Si el resultado de la prueba es negativo y los síntomas clínicos persisten, realice una prueba con otro método clínico disponible. Un resultado negativo no excluye la posibilidad de infección.
- Los resultados positivos de los pacientes que recibieron transfusiones de sangre u otros productos de sangre, deben ser analizados cuidadosamente.
- La prueba rápida de Chikungunya está diseñada para funcionar con niveles de hematocritos entre 25-65%. El análisis de muestras de un nivel de hematocrito diferente puede llevar a resultados erróneos.

Valores esperados

La prueba rápida de Chikungunya para la detección cualitativa de anticuerpos IgG e IgM contra el virus de chikungunya en sangre total/capilar, suero o plasma fue comparada con una prueba comercial de EIA, se obtuvo una precisión global de 97.70%.

Características de desempeño

Sensibilidad, Especificidad y Precisión (IgG)

Se utilizó la prueba rápida de Chikungunya para procesar un total de 68 muestras, de las cuales solo 36 eran positivas para infección por el virus del chikungunya y el resto eran de personas sanas. Los resultados de las 68 muestras fueron confirmados por medio de un kit comercial de chikungunya IgG EIA, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos:

Método	EIA			Resultados totales
	Resultados	Positivo	Negativo	
	Positivo	33	1	34
	Negativo	2	32	34
Resultados totales		35	33	68

Sensibilidad relativa: 94.30% (95% IC: 80.80%-99.30%)

Especificidad relativa: 97.00% (95% IC: 84.20%-99.90%)

Precisión relativa: 95.60% (95% IC: 87.60%-99.10%)

IC: Intervalo de confianza

Sensibilidad, Especificidad y Precisión (IgM)

Se utilizó la prueba rápida de Chikungunya para procesar un total de 93 muestras, de las cuales solo 72 eran positivas con infección por el virus del chikungunya y el resto eran de personas sanas. Los resultados de las 93 muestras fueron confirmados por medio de un kit comercial de chikungunya IgM EIA, en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos:

Método		EIA		Resultados totales
Prueba rápida de Chikungunya IgM	Resultados	Positivo	Negativo	
	Positivo	65	0	65
	Negativo	7	21	28
Resultados totales		72	21	93

Sensibilidad relativa: 90.30% (95% IC: 81.00%-96.00%)

Especificidad relativa: 99.90% (95% IC: 86.70%-100%)

Precisión relativa: 92.50% (95% IC: 85.10%-96.90%)

IC: Intervalo de Confianza

Precisión

Intra-Ensayo

La repetibilidad de la prueba fue determinada utilizando 10 réplicas por cada una de las siguientes muestras: negativa, positivo medio de IgG, positivo alto de IgG, positivo medio de IgM y positivo alto de IgM. Las muestras fueron correctamente identificadas el 99.99% de las veces.

Inter-Ensayo

La reproducibilidad de la prueba fue determinada mediante 10 réplicas de 3 lotes diferentes realizados en 2 días para cada una de las siguientes muestras: negativa, positivo medio de IgG, positivo alto de IgG, positivo medio de IgM y positivo alto de IgM. Las muestras fueron correctamente identificadas el 99.99% de las veces.

Reactividad cruzada

Se analizaron muestras positivas indicadas en la siguiente tabla con la prueba rápida de Chikungunya, se realizaron 10 réplicas por cada una, se incluyó una muestra positiva y una negativa a chikungunya IgG e IgM. Ninguno presentó reactividad cruzada.

- IgG anti-HAMA
- IgG anti-FR
- HBsAg
- HBsAb
- HBeAg
- HBeAb
- HBcAb
- IgG anti-sifilis
- IgG anti-*H. pylori*
- IgG anti-CMV
- IgM anti-CMV
- IgG anti-Toxo
- IgM anti-Toxo
- IgG anti-VHS-1
- IgG anti-VHS-2
- IgM anti-VHS-1
- IgM anti-VHS-2
- IgM anti-MONO
- IgG anti-VIH

Referencias

- [1]. World Health Organization. (2025). Chikungunya. <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/chikungunya>
- [2]. Organización Panamericana de la Salud. Chikungunya.
- [3]. Centers for Disease Control and Prevention. (2025). Chikungunya – Yellow Book. <https://www.cdc.gov/yellow-book/hcp/travel-associated-infections-diseases/chikungunya.html>
- [4]. Organización Mundial de Salud. (2017). Chikungunya.

Índice de símbolos

	Consultar instructivo de uso
	Solo para evaluación de desempeño in vitro
	Almacenar entre 15 – 30 °C
	No utilizar si el paquete está dañado
UPI	Uso para investigación

	Caducidad
REF	Número de catálogo
LOT	Número de lote
	No reutilizar